


医療ガス容器※ 点検 キャンペーン

※「容器」は「ボンベ」と同じ意味で使用しています。

ボンベの一齐点検

- ボンベの保管状況確認
転倒防止措置、充空及び
異種ボンベの区別等
- 調整器やバルブの
不具合等、事故誘因
ボンベの確認
- 長期停滞ボンベ
の発見・把握

Check!!
Check!!




2024年

10/1(火)~11/30(土)まで

職員研修のサポート


医療ガス安全管理委員会
が行う院内講習会を
サポートし、
ボンベの安全な取扱
方法の啓発を推進




MGR:医療ガス情報担当者

ボンベの保管方法


充ボンベ・空ボンベの区別



ガス種を分ける



識別表示の活用



ボンベの長期留置又は放置による事故の発生及び空ボンベの誤使用を防止するため、医療ガス納入業者と協議の上、納入時期を明示するなどして定期的にボンベの点検及び管理を行うこと。

令和3年12月16日医政発1216第1号厚生労働省医政局長通知「医療ガスの安全管理について」における「別添4. 医療ガスに係る安全管理のための職員研修指針」の医療ガスボンベの安全管理に関する留意点